

RDO NI_CHIARIMENTI					
ID	DATA	QUESITO	RISPOSTA	REV	DATA PUBBLICAZIONE
1	25/05/2023	<p>1) Punto 6 b) si richiede se sono necessari documenti e ordinativi destinati a P.A. di alto importo negli ultimi tre anni indicando entee nominativo;</p> <p>2) Punto 7 specifiche tecniche) ogni PXIe-7820R richiede 4 cavi SHC68-C68RDIO2 per il corretto funzionamento. Avendone richiesti 4 (PXIe-7820R) il corretto numero dei cavi non dovrebbe essere 20 e non 19 come indicato? Aparte il prodotto PXIe-7821R per il quale sono correttamente richiesti 4 cavi:</p> <p>3) Punto 8.2 Da contratto tutti i prodotti hanno garanzia 12 mesi(negoziazioni B2B). Nel menù a tendina c'è solo la possibilità di scegliere tra 12 o 24 mesi. Con la scelta 24 mesi intendete 12+12 oppure 36 complessivi? Tale estensione è richiesta anche per i software?</p> <p>4) Punto 13 La garanzia definitiva o fideiussione può essere presentata solo in fase di aggiudicazione finale? sarà necessario indicare il non interesse a ricevere il 20% a titolo di anticipo, come riportato al punto 2</p> <p>4) .</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si precisa quanto segue:</p> <p>1) vedere RDO Rev 1. Si conferma che dovrà essere presentata apposita dichiarazione contenente l'elenco dei servizi analoghi svolti nell'ultimo triennio, con indicazione di Committente, dell'importo, del periodo di esecuzione e descrizione della fornitura;</p> <p>2) Si conferma che il numero corretto di cavi sia 19 come indicato nella RDO;</p> <p>3) Si conferma che l'estensione di garanzia è da intendersi 12, garanzia base, estesa di altri 12, opzionale, per un totale di 24. L'esenzione di garanzia non è invece richiesta per i software, così come indicato nell'allegato 3 commerciale;</p> <p>4) si conferma quanto indicato nella RDO. La garanzia definitiva sarà richiesta al soggetto aggiudicatario, così come previsto dal Codice Appalti e l'anticipazione sarà concessa solo previa presentazione di apposita cauzione così come previsto dal Codice.</p>	1	01/06/2023
2	06/06/2023	<p>facendo riferimento al documento 1_RDO_Fornitura MaterialeNI_DEF.pdf , paragrafo 7, Specifiche tecniche, Rinnovi Software, riga n°1, riscontriamo una incongruità nella descrizione del seguente item: part number 784063-35, Rinnovo 5 Licenza LabView, L'esattadicitura del part number 784063-35 e "NI Embedded Control and Monitoring Software Suite, Subscription". Confermate che intendete acquistare il part number 784063-35"NI Embedded Control and Monitoring Software Suite, Subscription"</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si conferma che il part numer richiesto è il "784063-35" e la descrizione corretta è "NI Embedded Control and Monitoring Software Suite, Subscription" per il quale si chiede il RINNOVO DELLA LICENZA PER 1 ANNO.</p>	2	08/06/2023
4	07/06/2023	<p>Nella colonna "F" garanzia 12/24 mesi, la selezione è unica (indistintamente per tutti i prodotti). Per intenderci sui cavi non esiste estensione di garanzia. C'è la possibilità di aggiornare l'excel oppure indicare su quali prodotti la garanzia 24 mesi non è applicabile (come il software)</p>	<p>La garanzia di 12 mesi è il periodo minimo previsto in RDO per tutti i prodotti, mentre l'estensione a 24 mesi è opzionale e premiante laddove possibile offrirle. Prendere visione dello schema commerciale in rev 1.</p>	2	08/06/2023